

IEC電気機器・部品適合性試験相互認証制度 (IECEE) CB制度

CB試験認証

製品

光学式3D測定システム

申請者の氏名および住所

Atracsys Sàrl
Route du Verney 20B, 1070 Puidoux
Switzerland

製造業者の名称および住所

Atracsys Sàrl
Route du Verney 20B, 1070 Puidoux
Switzerland

工場の名称および所在地

Atracsys Sàrl
Route du Verney 20B, 1070 Puidoux
Switzerland

注：工場が複数ある場合は、2ページ目に記載してください。

定格および主要特性

48V DC, 0.6A (POE+)
クラスII, IP20

商標 (ある場合)

Atracsys

顧客試験設備 (CTF) ステージを使用

./.

モデル/型番

fusionTrack 250 / fTk250
fusionTrack 500 / fTk500

追加情報 (必要な場合は2ページ目に記載することも可能です)

製品のサンプルは試験の結果、以下に適合することが確認されました。

IEC 60601-1:2005
IEC 60601-1:2005/AMD1:2012
IEC 60601-1-2:2014

各国の差異:

EUグループの差異
EU特別国別条件
EU A逸脱

本証明書の一部を構成する試験報告書参照番号に示されている通り

19-M0-0017.E01、.E02、.E03、.E04、.S01

[透かし: [印章: スイス認証]]

本CB試験認証は、国の認定機関によって発行されています。

Electrosuisse Product Testing AG
Luppenstrasse 3
8320 Fehraltorf
Switzerland日付: 2019年4月
16日

署名: Martin Plüss

[署名]