



参考证书编号

CH-10504

IEC 电气设备测试证书互认体系 (IECEE) CB 体系

### CB 测试证书

产品

光学 3D 测量系统

申请人姓名和地址

Atracsys Sàrl  
Route du Verney 20B, 1070 Puidoux  
SWITZERLAND

制造商名称及地址

Atracsys Sàrl  
Route du Verney 20B, 1070 Puidoux  
SWITZERLAND

工厂名称和地址

备注: 工厂多于一家时, 请在第 2 页填报

Atracsys Sàrl  
Route du Verney 20B, 1070 Puidoux  
SWITZERLAND

额定值与主要特性

48 VDC, 0.6 A (POE+)  
II 类, IP20

商标 (如有)

Atracsys

所采用的客户测试设施 (CTF) 阶段

./.

参考型号/类型

fusionTrack 250 / fTk250  
fusionTrack 500 / fTk500

其他信息 (如有必要也可在第 2 页填报)

---

产品样本经测试, 证实符合

IEC 60601-1:2005  
IEC 60601-1:2005/AMD1:2012  
IEC 60601-1-2:2014

**国家差异:**  
欧盟组差异  
欧盟特殊国情  
欧盟 A 类偏差

如测试报告参考编号所示, 其构成本证书的一部分

19-M0-0017.E01、.E02、.E03、.E04、.S01

[水印: [印章: 瑞士认证]]

此 CB 测试证书由国家认证机构颁发



**Electrosuisse Product Testing AG**  
Luppenstrasse 3  
8320 Fehraltorf  
SWITZERLAND

日期: 2019-04-16

签名: Martin Plüss

[签名]

颁发日期: 2016-06

